

洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目

论证专家签到表

项目名称	洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目		论证时间	2023年05月09日15时00分
采购人	洛阳市妇幼保健院		论证地点	河南省洛阳市洛龙区长兴街19号长兴尚街0幢2-422
姓名	性别	职称	工作单位	联系方式
沈开华	男	工程师	洛阳市妇幼保健院	15538880298
李学军	男	主任	河南大三附院	13673906512
张丽君	女	副高	洛阳交通事业 发展中心	13937957799

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	液氮罐
拟采购产品金额	70000 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目
采购项目所属项目金额	70000 元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取：
2. 无法以合理的商业条件获取：
3. 其他。

原因阐述：进口产品容量大，液氮损耗量少，利于低温环境下胚胎的安全保存，并减少使用成本。

三、专家论证意见

进口液氮罐容量大，静态挥发量 $< 0.39\text{L/天}$ ，液氮日损耗量少，有利于保证冷冻胚胎安全。而国产同类产品日均损耗量大，运营成本高，更不利于冷冻胚胎安全保存。建议采购进口产品。

专家签字 沈亚华

2023 年 5 月 9 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	液氮罐
拟采购产品金额	70000 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目
采购项目所属项目金额	70000 元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：

3. 其他。


原因阐述：进口产品容量大，液氮损耗量少，利于低温环境下胚胎的安全保存，并减少使用成本。

三、专家论证意见

该设备为生殖试管婴儿临床应用对胚胎技术的家产显得尤为重要。进口设备与国产相比进口设备优势明显，进口设备容量大液氮损耗与浪费小，利用低温环境减小胚胎的安全保存，提高效率，并减少成本。

建议：采购进口设备。

专家签字



2023 年 5 月 9 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	液氮罐
拟采购产品金额	70000 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目
采购项目所属项目金额	70000 元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：

3. 其他。

原因阐述：进口产品容量大，液氮损耗量少，利于低温环境下胚胎的安全保存，并减少使用成本。

三、专家论证意见

拟采购的设备符合《政府采购进口产品管理办法》的有关法律、法规政策的要求，建议购买进口产品。

专家签字 张丽君 (法律)

2023年5月9日

洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目

论 证 报 告

招 标 人 ： 洛 阳 市 妇 幼 保 健 院

招标代理机构： 河南睿杰工程管理有限公司

日 期 ： 2022 年 02 月 09 日

论证报告

一、论证时间和地点

洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目于2023年05月09日15时00分整在河南省洛阳市洛龙区长兴街19号长兴尚街0幢2-422进行技术参数进口论证。


二、论证小组成员名单

序号	专家姓名	单位名称	性别	联系电话
1	李兴虎	河科大三附院	男	13673906512
2	张丽君	洛阳市公路事业发展中心	女	13937957799
3	沈亚军	洛阳市中心医院	男	15538880298


三、论证意见

论证小组对所采购货物的用途、性能需求及技术参数进行了认真、细致的审查、评价和比较，得出以下结论：进口产品容量大，液氮损耗量少，利于低温环境下胚胎的安全保存，并减少使用成本。

论证小组组长签字：



论证小组成员签字：



洛阳市妇幼保健院液氮罐采购项目

论证小组

2023年05月09日