

采购货物技术参数要求

- 1、光学试管，两根。
 - 1.1、外管径 $\leq 3\text{mm}$ ，视野方向 30°
 - 1.2、视场角 $\geq 80^\circ$ 。
 - 1.3、有效景深范围 5-150mm。
 - *1.4、分辨率 $\geq 9.36\text{Lp/mm}$ 。
 - 1.5、广角，可高温高压灭菌。
 - 1.6、镜头采用防刻划蓝宝石前窗。
 - 1.7、有效长度 $\geq 280\text{mm}$
- 2、管鞘，两个
 - *2.1、内外鞘一体化设计。
 - 2.2、外管径 $\leq 5.5\text{mm}$ 。
 - 2.3、持续灌流，器械通道 $\geq 5\text{Fr}$ 。